



LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA



Dęblin, dnia 10 listopada 2020 r.

Dotyczy: *postępowania na zakup urządzeń do laboratorium materiałów kompozytowych z projektu badawczego (sprzęt laboratoryjny) – nr Zp/pn/90/2020.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Zadanie 1 – Lodówka laboratoryjna niskotemperaturowa. Czy Zamawiający dopuści lodówkę laboratoryjną niskotemperaturową z zakresem temperatury -65°C do -86°C ?
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące zadania 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby do systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury zamrażarki dołączona była butla z CO₂? Na ogół butlę dostarczają Klienci we własnym zakresie.

ODPOWIADAM:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie zakresu temperatur.
2. Butlę z gazem CO₂ zabezpieczy Zamawiający we własnym zakresie.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Tomasz Płowaś