

## **LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA**

### **PION KANCLERZA**

#### **Dział Zamówień Publicznych**

08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku "Kraków" nr 22

tel. 261 519 685



Dęblin, dn. 6 sierpnia 2024 r.

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na **dostawę dwóch sztuk automatycznych elektronicznych defibrylatorów AED – ZOOL AED 3 z dwiema szafkami wiszącymi do AED.**

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 1).

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: <http://bip.law.mil.pl> zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego — formularz ofertowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Komunikacja z wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się pocztą elektroniczną.
6. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę jest zobowiązana wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, poprzez przesłanie kopii odpowiedniego dokumentu. Np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (jego kopię, skan) upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty nie zostaną rozpatrzone.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca zawrze w ofercie dane w innych jednostkach niż określił to Zamawiający, wówczas Zamawiający, jeśli będzie to niezbędne w toku postępowania, dokona ich przeliczenia w tym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim to regulują.
11. Zamawiający w każdym przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, jest uprawniony do niewybrania najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia (zakończenia) postępowania bez podania przyczyny, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty lub do których wysłane było zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający ma prawo nie rozpatrzyć oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl> (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej <https://prod.ceidg.gov.pl>.
13. Zamawiający nie rozpatrzy oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
14. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich

złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Uzupełnieniu nie podlega sam formularz ofertowy. Niezłożenie Formularza ofertowego skutkować będzie nierozpatrzeniem oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania ofert.

15. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie;
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
  - 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności);
  - 2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
  - 3) Wykonawca nie może zastrzec w ofertach informacji, dotyczących nazwy (firmy) Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.
19. Zawarcie umowy może nastąpić w zwykłej formie pisemnej (z własnoręcznymi podpisami stron umowy), zgodnie z art. 78 KC, lub w formie elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego [zgodnie z art. 81(1) KC].
20. Do niniejszego postępowania zastosowanie mają w zakresie nieuregulowanym regulamin zamówień do 130 tys. zł obowiązują w LAW (dostępny na stronie BIP), przepisy Kodeksu cywilnego (w tym zwłaszcza o formie dokumentowej).
21. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na ofertę nigdy nie oznacza jej akceptacji, ani tym bardziej zawarcia umowy zgodnej z treścią oferty.
22. Dopuszcza się możliwość negocjacji z jednym, kilkoma lub wszystkimi wykonawcami, co do przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności co do ceny.

## **II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA**

1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: [j.bialek@law.mil.pl](mailto:j.bialek@law.mil.pl).
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2024 r., godz. 10:00.  
Otwarcie ofert 14.08.2024 r. godz. 10:30.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
4. **Ofertę stanowi:**
  - 1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  - 2) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną jako upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy np. rejestr przedsiębiorców KRS, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

- 3) oświadczenia, dokumenty żądane od Wykonawców – zgodnie z zapisami w załączniku nr 1.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  - 1) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Białomyzy, tel. 261 518 282,
  - 2) w sprawach proceduralnych: Agnieszka Murawska, tel. 261 519 685.

### **III. KRYTERIA WYBORU OFERTY**

1. Cena 100%.
2. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

### **IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie **do 24 dni od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.**

### **V. TERMIN PŁATNOŚCI**

Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego po należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie **do 21 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

### **VI. GWARANCJA**

Okres 24 miesięcy.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Klauzula informacyjna (załącznik nr 2).
3. Zasady postępowania w kontaktach z Wykonawcami (załącznik nr 3).

**Kancelarz**

**mgr Waldemar Bieniek**

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie na **dostawę dwóch sztuk automatycznych elektronicznych defibrylatorów AED – ZOOL AED 3 z dwiema szafkami wiszącymi do AED**, przedkładamy niniejszą ofertę.

**A. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Wykonawca: .....

Siedziba/adres:.....

.....

Nr telefonu: .....

e-mail: .....

Nr NIP: ..... Nr REGON: .....

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

.....,

nr tel. ...., e-mail: .....

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dokonywanie zgłoszeń wad przedmiotu zamówienia drogą elektroniczną na e-mail Wykonawcy .....

**B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa 2 szt. automatycznych elektronicznych defibrylatorów AED – ZOOL AED 3 z dwiema szafkami wiszącymi do AED**

**Defibrylator - dane techniczne:**

Ulepszona wersja Real CPR Help®

Wysokiej jakości RKO ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia, ale skąd możesz wiedzieć, czy uciskasz dostatecznie mocno i dostatecznie szybko? Dzięki funkcji Real CPR Help możesz wiedzieć. Kieruje ona czynnościami ratownika w taki sposób, aby prowadził uciśnięcia zgodnie z zalecaną

w Wytycznych głębokością i częstotścią. Komunikaty głosowe informują, kiedy należy rozpocząć RKO i kiedy trzeba uciskać mocniej. Dodatkowo, regularnie tykający metronom wyznacza tempo uciśnień.

#### Program Management Onboard™

Każdy defibrylator AED 3 jest wyposażony w moduł Wi-Fi, zapewniający bezproblemową komunikację z siecią bezprzewodową. Aby sprawdzić stan aparatu po prostu połącz twój AED 3 z systemem zarządzania ZOLL PlusTrac™. Po wykonaniu każdego automatycznego testu (codziennie lub co tydzień), Twój AED 3 przesyła wyniki do PlusTrac. W przypadku niepowodzenia testu lub braku raportu w zaplanowanym terminie, PlusTrac natychmiast przekaże ci informację.

#### Tryb pediatriczny za pomocą jednego przycisku

Elektrody CPR Uni-padz™ są prawdziwie uniwersalne. Nie ma potrzeby posiadania dodatkowego zestawu elektrod pediatricznych na wypadek, gdyby poszkodowanym było dziecko. Zmiana typu akcji ratunkowej nie wymaga zmiany elektrod. Nie jest również potrzebny klucz. Jeśli poszkodowanym jest dziecko, wystarczy nacisnąć przycisk Dziecko. (Po wybraniu opcji Dziecko, Real CPR Help pomija komunikaty dźwiękowe i zapewnia tylko metronom podczas wykrywania ucisków.)

Elektrody CPR Uni-padz z 5-letnim okresem przydatności Elektrody defibrylacyjne doprowadzają do pacjenta prąd elektryczny przez metalową płytkę pokrytą żelom przewodzącym. Z czasem sól zawarta w żelu spowoduje korozję metalowej płytki i ograniczy zdolność przewodzenia. Innowacyjna konstrukcja elektrod firmy ZOLL zapobiega niszczącej korozji przez pięć lat.

## Defibrylator

**Protokół:** Konfiguracja półautomatyczna lub automatyczna.

**Impuls:** ZOLL Rectilinear Biphasic™

**Czas utrzymania ładunku defibrylatora:** 30 sekund; ZOLL AED 3 model automatyczny: 3 sekundy przed automatycznym wyzwoleniem impulsu defibrylacyjnego

**Wybór energii:** Wybór

zaprogramowany fabrycznie (dorosły: 120, 150, 200 J; dziecko: 50, 70, 85 J)

**Bezpieczeństwo pacjenta:** Wszystkie połączenia z pacjentem są izolowane elektrycznie

**Czas ładowania:** Poniżej 10 sekund przy nowej baterii

**Pauza przedimpulsem defibrylacyjnym:** 8 sekund przy nowej baterii

**Elektrody:** ZOLL CPR Uni-padz™

**Autotest:** Codziennie lub co 7 dni, konfigurowalny przez użytkownika. Domyślnie: co 7 dni. Comiesięczny test pełnej energii (200 J).

**Automatyczne testy sprawdzające:** Pojemność, stan i termin przydatności baterii, podłączenie i termin przydatności elektrod, obwody EKG i ładowania/wyładowania, hardware i oprogramowanie mikroprocesora, obwód elektryczny czujnika RKO i elektrod, obwód elektryczny modułu dźwiękowego

**Głębokość ucięcia:** 1,9 do 10,2 cm; 0,75 do 4 cali (tylko dorośli pacjenci)

**System doradczy defibrylacji:** Ocena podłączenia elektrod defibrylacyjnych i EKG pacjenta, aby ustalić, czy defibrylacja jest konieczna

**Rytmy wskazane do defibrylacji:** Migotanie komór o średniej amplitudzie >100 uV i częstokurcz komorowy z szerokim zespołem QRS powyżej 150/min. w przypadku dorosłych, 200/min. w przypadku dzieci. Omówienie czułości i swoistości algorytmu analizy EKG zamieszczono w Przewodniku administratora AED 3.

**Zakres pomiaru impedancji pacjenta:** 10 do 300 omów

**Defibrylator:** Zabezpieczone obwody EKG

**Format wyświetlania:** Ekran LCD wysokiej rozdzielczości z pojemnościowym panelem dotykowym

**Rozmiar ekranu:** 5,39 x 9,5 cm; 2,12 x 3,74 cala

**Zapis i przechowywanie danych:** 1 lub 2 zdarzenia kliniczne, łącznie 120 minut, konfigurowalne przez użytkownika. Obejmuje EKG, pomiary impedancji, komunikaty defibrylatora i dane RKO.

**Transfer danych:** Sterowane ekranem dotykowym, przesyłane na nośnik pamięci USB lub przez sieć Wi-Fi do ZOLL Case Review

**Synchronizacja zegara wewnętrznego:** Synchronizacja z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC) następuje podczas komunikacji z serwerem ZOLL Online.

## Urządzenie

**Wymiary:** (W x S x G) 12,7 x 23,6 x 24,7 cm; 5,0 x 9,3 x 9,7 cala

**Ciężar:** 2,5 kg; 5,5 funta

**Zasilanie:** Bateria

**Sieć bezprzewodowa:** 802.11 a/b/g/n

**Protokoły zabezpieczeń:** WPA 1, WPA 2, WPA Personal, WPA Enterprise

**Port:** USB 2.0

**Pakiet akcesoriów ratunkowych zawiera:** Rękawiczki bezłateksowe, maskę ochronną do RKO, gólarę, ręcznik papierowy i ściereczkę.

**Klasyfikacja wyrobu:** Klasa II i zasilanie wewnętrzne według EN 60601-1

**Normy konstrukcyjne:** Spełnia odpowiednie wymagania norm EN 60601-1, IEC 60601-1-11, IEC 60601-2-4

## Informacje dotyczące środowiska

**Temperatura pracy:** 0 do 50 °C; 32 do 122 °F

**Temperatura przechowywania:** -30 do 70 °C (-22 do 158 °F)

**Wilgotność:** 10 do 95% wilgotność względna, bez kondensacji

**Wibracje:** IEC 60068-2-64, przypadkowe, spektrum A.4, tabela A.8, kat 3b; RTCA/DO-160G, stałopłat, sekcja 8.6, kat. testu H, strefa samolotu 1 i 2; EN 1789, przesuw według EN 60068-2-6 test Fc

**Wstrząsy:** IEC 60068-2-27; 100G

**Wysokość n.p.m.:** -381 m do 4573 m; -1250 do 15 000 stóp

**Wnikanie cząstek stałych i wody:** IP55

**Upadek:** 1 metr; 3,28 stóp

## Bateria

**Typ:** Nieladowna, szczelna, litowo-manganowa

**Żywotność baterii w stanie czuwania (po zainstalowaniu):** 5 lat przy cotygodniowym autoteście, 3 lata przy codziennym autoteście; 3 lata\* przy cotygodniowym autoteście, z włączonym automatycznym przesyłaniem przez Wi-Fi raportów autotestu (połączenie z chmurą PlusTrac); puste okno stanu oznacza koniec okresu użytkowania (typowa liczba pozostałych defibrylacji: 9).

**Okres przechowywania baterii:** Okres przechowywania do 2 lat w temperaturze 23 °C (77 °F) przed zainstalowaniem w defibrylatorze AED 3, aby zachować żywotność baterii.

**Temperatura:** 0 do 50 °C (32 do 122 °F)

**Wilgotność:** 10 do 95% (bez kondensacji)

**Ciężar:** 317,5 gramów; 0,7 funta

**Wymiary:** (W x S x G) 27,75 x 133 x 88 mm; 1,0 x 5,16 x 3,5 cala

**Napięcie znamionowe:** 12 woltów

## CPR Uni-padz

**Okres przechowywania:** 5 lat

**Żel przewodzący:** Hydrożel polimerowy

**Czynnik przewodzący:** Cyna

**Opakowanie:** Wielowarstwowa torebka z laminatu foliowego

**Klasa impedancji:** Niska

**Długość kabli:** 142 (±3,8) cm; 56 (±1,5) cali

**Normy konstrukcyjne:** Spełnia wymagania IEC 60601-2-4, 2010

### Szafka wisząca do AED

Metalowa szafka ścienna, uniwersalna przeznaczona do przechowywania **defibrylatorów AED różnych producentów**. Wyposażona w alarm **dźwiękowo-światlny**, uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora.

#### Cechy / Właściwości

- Solidna, **metalowa** konstrukcja szafki umożliwia zainstalowanie jej w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Wyposażona w przezroczyste okienko z zamkiem patentowym.
- System "zbij szybkę" zapewniający stały dostęp do defibrylatora.
- Drzwiczki wyposażone w okienko PLEXI pozwalające na kontrolę zawartości.
- Łatwa do zainstalowania na ścianie i w utrzymaniu czystości.
- Oznaczenie AED na szafce.
- Zawiera instrukcję użycia defibrylatora.
- **Alarm dźwiękowo-światlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora.**
- Wymiary szafki: 40 x 40 x 20 cm.

### C. CENA I INNE KRYTERIA

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia po następującej cenie:

#### FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa towaru	Ilość (szt.)	Wartość jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	stawka VAT %	Kwota VAT (PLN)	Cena brutto (PLN)
A	B	C	D	$E = C \times D$	F	$G = F \times E$	$H = E + G$
1.	<b>Automatyczny elektroniczny defibrylator AED – ZOOL AED 3</b>	2					
2.	<b>Szafka wisząca do AED</b>	2					
<b>RAZEM</b>							

W przypadku Wykonawcy, który nie podlega podatkowi VAT, wartość netto będzie równa wartości brutto.

**Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.**

**Termin realizacji zamówienia:** przedmiot zamówienia wykonany zostanie **do 24 dni od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.**

**Gwarancja:** okres 24 miesięcy.

#### D. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Oświadczam, że akceptuję w całości treści zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym.

Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z formularzem ofertowym.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 507).

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

Załączniki do formularza ofertowego:

.....  
.....

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 ZŁ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@law.mil.pl](mailto:iod@law.mil.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące na rzecz LAW usługi, w związku z którymi uzyskują one dostęp do danych jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa z zastrzeżeniem, że podany okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu na czas zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne lub konkursie, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł oraz zawarcia i realizacji umowy w przypadku udzielenia w/w zamówienia.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.